

Испытательный прибор точки конденсации нефтепродуктов SYP1008-V

Описание продукции

Испытательный прибор точки конденсации нефтепродуктов SYP1008-V проектируется и изготавливается в соответствии со стандартом GB/T 510 «Метод измерения точки конденсации нефтепродуктов», используется для измерения низкотемпературных характеристик жидкого топлива и смазочного масла.

При этом прибор может быть оборудован в зависимости от температуры

характеристи L При компонованни об ъ ъ Адд ное е и Испытательпо и об ъ боди ельно отемперату

Особенность продукции

o oe ø



Технические параметры	
Диапазон контроля температуры	-60 ~ 20
Точность контроля температуры	$\leq \pm 0,1$
Испытательный бак	отдельный бак
Испытательное отверстие	4 отверстия
Наклон испытательного бака	45°
Хронометраж испытательного бака	автоматический хронометраж при наклоне испытательного бака 45°, напоминает о хронометраже при 60 секундах
Номинальная мощность	600Вт
Габаритные размеры	Длина 620х ширина 440 х высота 460
Вес прибора	52кг